上海南汇双建塑木有限公司

产品检验报告单
Testing Report

产品名称 Code	S-02				
序号 Number	检验项目 ITEM		单位 Unit	指标 Index	结果 Result
1	拉伸强度 Tensile Strength	≥	MPa		15
2	断裂伸长率 Break Elongation	≥	%		450
3	易氧化物 Readily Oxidizable Substance	≤	ml/20ml		0.3
4	酸碱度（与空白对照液PH值之差） PH （Compared to Blank Control Solution）	≤			1
5	重金属 Heavy Metals	≤	ug/ml		0
6	硬度（邵氏A） Durometer (Shore A)				69
7	热稳定时间 （180℃） Heat Resistance （180℃）	≥	min	40	40
8	不挥发物 Nonvolatile Matter	≤	mg/100ml	2	2
9	锌含量 Zinc Content	≤	ug/ml		0.1
10	紫外线吸收 UV Absorbance	≤	230-360nm	0.3	0.3
11	灰分 Ash Element	≤	mg/g	1	1
12	氯乙烯单体 VCM	≤	ug/ml	1	1

日期（Date）：　2013-10-15